



INTERNATIONAL STANDARD ISO 5725-3:1994 TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2001-10-15

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results —

Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method

TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure —

Partie 3: Mesures intermédiaires de la fidélité d'une méthode de mesure normalisée

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1

Technical Corrigendum 1 to International Standard ISO 5725-3:1994 was prepared by Technical Committee ISO/TC 69, *Applications of statistical methods*, Subcommittee SC 6, *Measurement methods and results*.

Page 14, 4th and 5th lines below Table B.2

Replace " $s_{(1)}^2 = \frac{1}{4}(MS2 - MS1)$ " with " $s_{(1)}^2 = \frac{1}{4}(MS1 - MS2)$ ".

Replace " $s_{(2)}^2 = \frac{1}{2}(MS1 - MSe)$ " with " $s_{(2)}^2 = \frac{1}{2}(MS2 - MSe)$ ".

Page 17, Table C.2, column "Sum of squares" for "Source 0"

Replace " $4 \sum_i (\bar{y}_{i(2)})^2 - 4p(\bar{\bar{y}})^2$ " with " $4 \sum_i (\bar{y}_{i(3)})^2 - 4p(\bar{\bar{y}})^2$ ".

ICS 03.120.30

Ref. No. ISO 5725-3:1994/Cor.1:2001(E)

© ISO 2001 – All rights reserved

Printed in Switzerland

COPYRIGHT 2003; International Organization for Standardization

Document provided by IHS Licensee=Shell Services International B.V./5924979112,
User=, 03/09/2003 21:10:16 MST Questions or comments about this message: please
call the Document Policy Management Group at 1-800-451-1584.

INTERNATIONAL STANDARD

ISO
5725-3

First edition
1994-12-15

Accuracy (trueness and precision) of measurement methods and results —

Part 3:

Intermediate measures of the precision of a
standard measurement method

*Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure —
Partie 3: Mesures intermédiaires de la fidélité d'une méthode de mesure
normalisée*



Reference number
ISO 5725-3:1994(E)